

SPZOZ-ZP/10BU/2022

Kępno, dnia 08.04.2022r.

Otrzymują:

- Uczestnicy zapytania ofertowego

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu KOAGULOLOGII wraz z dzierżawą analizatora automatycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/10BU/2022.

PYTANIE nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do fibrynogenu konfekcjonowanego 12 x 2 ml bez możliwości mrożenia, ale stabilnością 7 dni w temperaturze 5°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do fibrynogenu bez możliwości mrożenia, ale ze stabilnością 7 dni w temperaturze 5°C, pod warunkiem uwzględnienia stabilności odczynnika przy wyliczaniu oferty.

PYTANIE nr 2

*Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez przesłanie jej na adres e-mail wskazany w zaproszeniu? **Odpowiedź:** TAKO,*

Podpisano: **Dyrektor SPZOZ w Kępnie**
/-/Beata Andrzejewska