

ZAŁĄCZNIK nr 3 – do zadania pn. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu KOAGULOLOGII wraz z dzierżawą analizatora automatycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie"

PARAMETRY OCENIANE:

Wykonawca może otrzymać za to kryterium maksymalnie 20 pkt.

L.p.	Parametry oceniane	Ocena	
		Tak	Nie
1.	Tromboplastyna i odczynnik do APTT – stabilność po rekonstytucji minimum 30 dni w temp. 2 – 8 °C : TAK-10pkt. / NIE - 0 pkt.		
2.	Odczynniki do APTT z chlorkiem wapnia w zestawie : TAK – 5 pkt. / NIE – 0pkt.		
3.	Możliwość pomiaru stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT: TAK – 5 pkt. / NIE – 0 pkt.		

.....,

(miejscowość)

(data)

.....
(Imię i nazwisko oraz podpis osoby/ osób wpisanych
W rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy)