

SPZOZ-ZP/14BU/2022

Kępno, dnia 16.05.2022r.

Otrzymują:
- Uczestnicy zapytania ofertowego

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu KOAGULOLOGII wraz z dzierżawą analizatora automatycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/14BU/2022. – powtórzenie 2.

PYTANIE nr 1 - Dot. Załącznika nr 2 – Parametry graniczne analizatora:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z parametrów granicznych pkt.13 „Automatyczna kompensacja zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy żółtaczkowych czy lipemicznych)”, w zamian za zaoferowanie odczynników, dla których wartość czynników interferujących (HIL) zostały ustalone na wysokich poziomach?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z parametrów granicznych pkt. 13 „Automatyczna kompensacja zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy żółtaczkowych czy lipemicznych)”, w zamian za zaoferowanie odczynników, dla których wartości czynników interferujących (HIL) zostały ustalone na wysokich poziomach.

PYTANIE nr 3 - Dot. Załącznika nr 3 – Parametry oceniane:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do APTT oraz aktywatora – CaCl₂ konfekcjonowanych oddzielnie w takich ilościach, aby zapewnić możliwość wykonania założonej przez Zamawiającego liczby badań?

Odpowiedź : Parametry graniczne zapytania ofertowego dopuszczają zaoferowanie odczynnika do APTT oraz aktywatora- CaCl₂ konfekcjonowanych oddzielnie w takich ilościach aby zapewnić możliwość wykonania założonej przez Zamawiającego. Oferta taka zostanie oceniona zgodnie z punktacją z załącznika nr 3.

Podpisano: **Dyrektor SPZOZ w Kępnie**
/-/ Beata Andrzejewska