

**WSZYSCY WYKONAWCY  
ODPOWIEDZI na ZAPYTANIA do SIWZ**

Działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164 ze zmianami) - Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w nawiązaniu do przesłanych pytań do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego pn.

**„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do diagnostyki immunochemicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”. (znak: SPZOZ-ZP/3D/2017) – udziela następujących odpowiedzi:**

**Pytania - nr 1**

Dotyczy Załącznik nr 3 do siwz Lp.6

1. Prosimy o usunięcie pkt 6 z wymogów granicznych, oferowana przez nas metoda elektrochemiluminescencji jest zdecydowanie czulsza od metody RIA i w przypadku kilku testów w ulotkach metodycznych jest wręcz zapis informujący by nie porównywać wyników uzyskanych daną metodą z wynikami uzyskanymi innymi metodami. **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis pkt.6 i wyjaśnia, że ma na myśli to, aby czułość oferowanej metody nie była gorsza od czułości metody RIA.

Dotyczy Załącznik nr 3 do siwz Lp.13

2. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy pod określeniem "Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym odczynnika wczytywana automatycznie po wstawieniu odczynnik na pokład analizatora", Zamawiający rozumie brak konieczności wykonywania przez użytkownika pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej? **Odpowiedź:** TAK

Dotyczy Załącznik nr 3 do siwz Lp.15

3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli chłodzenie komory odczynnikowej do temperatury zgodnej z zaleceniami producenta analizatora i zgodnej z zapisami w ulotkach metodycznych? **Odpowiedź:** TAK – chłodzenie do temp. poniżej 16°C

Dotyczy Załącznik nr 3 do siwz Lp.16

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy dla testów do diagnostyki zakażeń, troponiny i prokalcytoniny Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dedykowanych kontroli jednoparametrowych? **Odpowiedź:** TAK

Dotyczy Załącznik nr 2 do siwz

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by okres ważności odczynnika po otwarciu uwzględnił jego zamienne przechowywanie na pokładzie analizatora i w lodówce i by dane te były wzięte pod uwagę przy szacowaniu oferowanej liczby opakowań? **Odpowiedź:** TAK

Dotyczy Załącznik nr 5 do siwz paragraf 9 ust.1

6. Prosimy o wyrażenie zgody by okres ważności na dostarczony asortyment nie był krótszy niż 5-9 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. **Odpowiedź:** minimum 6 m-cy

Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ

7. Par. 4 ust. 5 i par. 8 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? **Odpowiedź:** TAK

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

8. Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia? **Odpowiedź:** TAK
9. Par. 8 ust. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godz.” na „godzin w dni robocze”? **Odpowiedź:** TAK
10. Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by termin ważności wynosił 6 miesięcy? **Odpowiedź:** minimum 6 m-cy
11. Par. 10 ust. 1 pkt c) oraz ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.? **Odpowiedź:** TAK

**Uzasadnienie:** Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od

ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

12. Par. 10 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? **Odpowiedź: TAK**
13. Par. 10 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” **Odpowiedź: TAK**
14. Par. 12 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. **Odpowiedź: TAK**

## **Pytanie nr 2**

1. Dot. SIWZ , pkt. 15.2.2. parametr oceniany1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ocenę 5 pkt. w przypadku Zaoferowania Troponiny z czasem wykonywania 18 min? Zgodnie z zaleceniami PTK z 2015r. w punkcie 4.4. „Zaleca się pomiar troponin sercowych za pomocą czułych i wysokoczułych testów, a uzyskanie wyniku powinno być możliwe w ciągu 60 min.” Oferowany przez nas czas wykonania Troponiny jest czasem wystarczającym aby sprostać zaleceniom PTK. **Odpowiedź: NIE**
2. Dot. Załącznika nr 3 parametr 8. Czy Zamawiający dopuści analizator z bardzo intuicyjnym oprogramowaniem w jęz. Angielskim oraz możliwą do wyświetlenia, w dowolnym czasie, na monitorze analizatora instrukcją obsługi w języku polskim? **Odpowiedź: TAK**
3. Dot. Załącznika nr 3 parametr 12. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora z opatentowanym sposobem mysia sond zapobiegającym kontaminacji poniżej poziomu istotnego klinicznie, a więc poniżej 0,1ppm? Oferowane przez nas analizatory wykonują oznaczenia parametrów wirusologicznych w wielu centrach krwiodawstwa w Polsce i w Europie. **Odpowiedź: NIE**
4. Dot. Załącznika nr 3 parametr 13 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, który nie posiada konieczności sczytywania krzywej kalibracyjnej z kodu kreskowego, gdyż krzywa ta zapisana jest w aplikacji instalowanej jednorazowo przy instalacji aparatu? Ponadto ponowna kalibracja wymagana jest jedynie przy zmianie serii odczynnika a nie okresowo jak u innych producentów (np. po jednym miesiącu (28 dni) jeżeli stosowana jest ta sama seria odczynnika; po 7 dniach jeżeli w analizatorze stosowany jest ten sam zestaw odczynnikowy), co wydatnie wpływa na oszczędności laboratorium wynikające z konieczności okresowych kalibracji oznaczeń). **Odpowiedź: TAK**
5. Dot. Załącznika nr 3 parametr 25. W celu zaoferowania właściwej wirówki laboratoryjnej prosimy o podanie rodzaju probówek, jaki jest używany aktualnie w laboratorium. **Odpowiedź: próbki firmy BECTON – DICKINSON.**
6. Dot. Załącznika nr 3 parametr 26. Prosimy o podanie parametrów wymaganych analizatora backup do wykonywania Troponiny. Czy ma to być aparat POC? **Odpowiedź: TAK – może to być metoda półilościowa na aparacie POC.**
7. Dotyczy pkt.3 par.8 projektu umowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora z 14 dni do min. 21 dni roboczych? **Odpowiedź: TAK**
8. Dotyczy pkt.1 par.9 projektu umowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności oferowanych wyrobów z 9 m-cy na min. 4? **Odpowiedź: minimum 6 m-cy.**

Dokument podpisał:  
**Dyrektor SPZOZ w Kępnie**  
**mgr inż. Andrzej Jackowski**