

Kępno, 2018-11-23

Dot. przetargu na zakup i dostawę produktów medycznych dla Stacji Dializ
Nr SPZOZ-ZP-3D/2018

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 2 dializatorów z błoną polisulfonową i sterylizowanych promieniami gamma o powierzchni ad.1 – 1,6m², ad.2 – 1,8m², ad.3 2,1m²

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 igieł z zabezpieczeniem o długości drenu 300mm.
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor SPZOZ

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

Jakub Krawczyk

lek. Jakub Krawczyk