

Kępno, dnia 25 marca 2019r.

wg rozdzielnika

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA SIWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego i pozostałego wyposażenia pomieszczeń nowej Centralnej sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”.**

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno** na podstawie zapisów art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), niniejszym przekazuje zapytania i udzielone wyjaśnienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

AD SIWZ. Zamawiający w pkt.9.C wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie referencji na min. 1. Dostawę jednej myjni i dwóch sterylizatorów o wartości min. 800 tys. złotych brutto.

Mając na uwadze równe traktowanie podmiotów ubiegających się o zamówienie wnosimy o; Obniżenie wymaganej kwoty referencji o 10%-tj.do poziomu 720-740 tys brutto, przy zachowaniu podanego minimalnego wyposażenia CS, lub o możliwość przedstawienia sumy referencji dotyczącej wyposażenia CS na kwotę min.800t tys. złotych brutto.

Odp.:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Ad. Opisu przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1. Do SIWZ opis wymaganych parametrów technicznych.

Pkt.III poz7.

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie myjni o mocy zainstalowanej na poziomie 12-13 kW? Nadmieniamy, że sumarycznie ,oferując myjnię i sterylizatory nie przekroczymy mocy założonej przez Zamawiającego 107kW, zapotrzebowanie na moc będzie dużo niższe (sterylizatory odpowiednio 32 i 42 kW , myjnię 2x13 kW=100kW zamiast 107kW)

Odp.:

Zamawiający dopuści urządzenia zapewniające sumaryczny bilans mocy na poziomie założonym w SIWZ. W zakresie dostawy urządzeń do sterylizatorni jest również montaż i uruchomienie wobec tego oferent musi uwzględnić także koszty instalacyjne.

Pytanie 3

Pkt.III.poz.12.

Czy Zamawiający uzna za rozwiązane równoważne zaoferowanie myjni wyposażonej w bardziej wydajną pompę, gwarantującą dokładniejsze mycie o minimalnie większej mocy-800kW?

Ograniczenie mocy pompy i wydajności przy dostępnej mocy w obiekcie wydaje się nie mieć racjonalnego uzasadnienia.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania myjni o mocy **800 kW**.

Pytanie 4

Pkt.III. poz 40 i 41. Prosimy o doprecyzowanie , czy Zamawiający wymaga 2-ch sztuk wózków do mycia obuwia(wymienione w pkt 40 po raz pierwszy i w pkt.41 wymieniony po raz drugi.

Czy wyposażenie dodatkowe jest do każdej myjni , czy też wspólne dla obu oferowanych?

Odp.:

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz myjniami :

- wózek narzędziowy (zgodnie z p. 39 SIWZ) – 2 szt.
- wózek do mycia obuwia – 1 szt.
- wózek do mycia narzędzi chirurgii małoinwazyjnej (zgodnie z p. 41 SIWZ) – 1 szt.

Pytanie 5

Pkt. VII i VIII poz.3. Dotyczy obydwu sterylizatorów.

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zaoferowanie sterylizatora o szerokości 1160 mm (różnica 1 cm). Po przeprowadzeniu wizji lokalnej jako firma ubiegająca się o zamówienie stwierdzamy, że różnica 1 cm w szerokości urządzenia nie ma wpływu na warunki montażu, funkcjonalności i transportu do miejsca montażu.

Odp.:

Tak . Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterylizatora o szerokości 1160 mm.

Pytanie 6

Pkt VII i VIII poz10.

Prosimy o uzasadnienie przyznanej punktacji w przypadku preferowanego elektrycznego napędu drzwi . Napęd pneumatyczny jest płynniejszy i wygodniejszy, pozwala w przypadku awarii na otwarcie drzwi po stronie sterylnej przez personel i wyjęcie wsadu bez konieczności oczekiwania na serwis ,jak to ma miejsce w przypadku napędu elektrycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający usunął punktację za sposób napędu przesuwu drzwi.

Pytanie 7

Pkt.VII i VIII poz.21.

Wnosimy o wykreślenie parametru dotyczącego programowalnego autostartu. Autoklaw jest urządzeniem dozorowym i w myśl obowiązujących w RP przepisów oraz przepisów BHP, jako urządzenie ciśnieniowe, nie może pracować bez nadzoru pracownika a co za tym idzie, funkcja programowania autostartu jest niezgodna z przepisami.

Odp.:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ dotyczący funkcji autostartu. Powoływanie się na przepisy w tym przypadku jest nadinterpretacją.

Pytanie 8

Pkt.XI

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowana stacja uzdatniania oprócz wody demi ma również wytwarzać wodę zmiękczoną na potrzeby np. Pomp w sterylizatorach?

Odp.

Stacja uzdatniania wody ma zapewnić zapotrzebowanie na wodę do wszystkich urządzeń CS według zaleceń producentów urządzeń, zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie 9

Pkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodne stoliki do załadunku i rozładunku komory, na wysokości 700 mm ?

Uzasadnienie: Ze względu na ergonomię pracy użytkownik będzie miał większy komfort załadunku myjni w przypadku obniżonej wysokości załadowczej komory.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści drzwi uchylne na wysokości 700 mm

Pytanie 10

Pkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza myjnie-dezynfektory wymagające odciągu wentylacyjnego powietrza zawilgoczonego wyewianego w fazie suszenia ?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ, z uwagi na możliwości instalacyjne.

Pytanie 11

Pkt 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania nowoczesną energooszczędną myjnię-dezynfektor wyposażoną w pompę cyrkulacyjną o wydajności dostosowanej do konstrukcji oferowanego urządzenia 450 l/min i mocy 1,1kW?

Uzasadnienie: Wydajność pompy powinna zapewniać skuteczne suszenie wsadu i być dostosowana do konstrukcji urządzenia. Większa wydajność pompy nie musi przekładać się na większą wydajność systemu natryskowego. Wydajność pompy nominalna nie oznacza odpowiedniej wydajności systemu natryskowego, która to zależy od strat ciśnienia na instalacji łączącej ramiona natryskowe z pompą. Konstrukcja oferowanego urządzenia gwarantuje poprawną i skuteczną pracę urządzenia (w tym skuteczność suszenia) potwierdzoną wymaganymi certyfikatami w tym PN-EN 15883.

Odp.

Tak Zamawiający dopuści pompę cyrkulacyjną o mocy nie przekraczającej 1,1kW.

Pytanie 12

Pkt 21 tabeli: Czy Zamawiający dopuści aby oferowane urządzenia tj. myjnie – dezynfektory, sterylizatory i suszarka oraz system komputerowy posiadały wspólnego wytwórcę, a zgrzewarka rotacyjna była produkowana przez innego producenta?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści aby zgrzewarka rotacyjna była produkowana przez innego producenta.

Pytanie 13

Pkt 23 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterownik urządzenia wyposażony w system przycisków membranowych z wyświetlaczem LCD ?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści sterownik urządzenia wyposażony w system przycisków membranowych z wyświetlaczem LCD

Pytanie 14

Pkt 30 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zainstalowania systemu rozpoznawania wózków wsadowych ?

Uzasadnienie: System rozpoznawnia wózków stosuje się jedynie w przypadku posiadania systemu automatycznego załadunku. Oferowana myjnia załadowywana będzie ręcznie przez co taka funkcja jest bezużyteczna, a dodatkowo powoduje, że do standardowego wózka mamy możliwość uruchomienia tylko jednego programu przypisanego do wózka, a zmiana programu jest uciążliwa i czasochłonna.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zainstalowania systemu rozpoznawania wózków wsadowych.

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, poz. IV.4., Suszarka do suszenia narzędzi jednodrzwiowa:

Pytanie 15

Pkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości nie przekraczającej 2200mm ?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości nie przekraczającej 2200mm, ponieważ w pomieszczeniu przewidzianym na zainstalowanie suszarki istnieje wystarczająca rezerwa wysokości.

Pytanie 16

Pkt 4.1 tabeli: Czy Zamawiający dopuści suszarkę bez możliwości podłączenia do systemu komputerowego ?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości podłączenia do systemu komputerowego

Pytanie 17

Pkt 4.1 tabeli: Czy Zamawiający dopuści aby oferowane urządzenia tj. myjnie – dezynfektory, sterylizatory i suszarka oraz system komputerowy posiadały wspólnego wytwórcę, a zgrzewarka rotacyjna była produkowana przez innego producenta?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści aby zgrzewarka rotacyjna była produkowana przez innego producenta.

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, poz. V., Zgrzewarka rotacyjna:

Pytanie 18

Pkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści temperaturę zgrzewania do 200°C ?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Pytanie 19

Pkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści szerokość zgrzewu 10mm ?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Pytanie 20

Pkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści obudowę wykonaną z innego materiału odpornego na działanie korozji ?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ.

Pytanie 21

Pkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści regulację rozmiaru czcionki poprzez sterownik urządzenia?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści regulację rozmiaru czcionki poprzez sterownik urządzenia

Pytanie 22

Pkt 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 580x255x166mm?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 580x255x166mm

Pytanie 23

Pkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę bez możliwości podłączenia do systemu komputerowego ?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści bez możliwości podłączenia do systemu komputerowego

Pytanie 24

Pkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści aby oferowane urządzenia tj. myjnie – dezynfektory, sterylizatory i suszarka oraz system komputerowy posiadały wspólnego wytwórcę, a zgrzewarka rotacyjna była produkowana przez innego producenta?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści aby zgrzewarka rotacyjna była produkowana przez innego producenta.

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, poz. VII., Sterylizator parowy o pojemności 6 STE:

Pytanie 25

Pkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści drzwi sterylizatora wykonane z więcej niż „jednego kawałka stali” ?

Uzasadnienie: Drzwi sterlizatora parowego są na tyle skomplikowaną konstrukcją, że nie jest możliwe wykonanie ich z „jednego kawałka stali”.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści drzwi sterylizatora wykonane z więcej niż „jednego kawałka stali”

Pytanie 26

Pkt 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści połączenia gwintowane ?

Uzasadnienie: Połączenia klamrowe są droższe w eksploatacji z uwagi na wyższe koszty uszczelnień.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści połączenia gwintowane

Pytanie 27

Pkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 52,5 kW ?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 52,5 kW pod warunkiem, że bilans mocy dla suszarki, myjni oraz sterylizatorów nie przekroczy sumarycznej mocy urządzeń opisanych w SIWZ. W zakresie dostawy urządzeń do sterylizatorni jest również montaż i uruchomienie wobec tego oferent musi uwzględnić także koszty instalacyjne.

Pytanie 28

Pkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści 2 manometry wskazujące ciśnienie w komorze i w wytwornicy pary po stronie załadowniczej sterylizatora ?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści 2 manometry wskazujące ciśnienie w komorze i w wytwornicy pary po stronie załadowniczej sterylizatora. Dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie w płaszczu jest punktowany (trzeci manometr).

Pytanie 29

Pkt 17 tabeli: Czy ze względu na ograniczenia odnośnie szerokości urządzeń Zamawiający dopuści wyświetlacze na ergonomicznej wysokości nad komorą ?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści wyświetlacze na ergonomicznej wysokości nad komorą.

Pytanie 30

Pkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści aby oferowane urządzenia tj. myjnie – dezynfekторы, sterylizatory i suszarka oraz system komputerowy posiadały wspólnego wytwórcę, a zgrzewarka rotacyjna była produkowana przez innego producenta?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści aby zgrzewarka rotacyjna była produkowana przez innego producenta.

Pytanie 31

Pkt 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wydruk zawierający dane w postaci numerycznej bez wykresu ?

Uzasadnienie: Wydruk wykresu nie ma uzasadnienia praktycznego, gdyż pokazuje tylko trend a nie dane szczegółowe. Jednocześnie w przypadku wykresu stosowany jest papier o większej szerokości, który nie jest dostępny ogólnie na rynku i wymagany jest zakup bezpośrednio u dostawcy urządzenia.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści wydruk zawierający dane w postaci numerycznej bez wykresu.

Pytanie 32

Pkt 21 tabeli: Czy Zamawiający dopuści min. 5 programów sterylizacyjnych w temp. 121 st.C oraz 134 st.C w tym min. 2 z możliwością modyfikacji oraz 3 programy testowe ?

Uzasadnienie: W praktyce szpitalnej nie wykorzystuje się więcej niż 2-3 programy sterylizacyjne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza min. 5 programów sterylizacyjnych w temp. 121 st.C oraz 134 st.C w tym min. 2 z możliwością modyfikacji oraz 3 programy testowe i wprowadza punktację: min. 5 programów - 0 pkt.

6-20 programów – 5 pkt.

powyżej 20 programów – 10 pkt.

Pytanie 33

Pkt 23 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez systemu utrzymującego zasilanie?

Uzasadnienie: Sterylizatory parowe mają moc ok. 50kW i podtrzymanie zasilania w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej wymagałoby zastosowanie agregatów prądotwórczych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza sterylizator bez systemu utrzymującego zasilanie, Zamawiający wymaga podtrzymania zasilania sterowników.

Pytanie 34

Pkt 24 tabeli: Czy Zamawiający dopuści system oszczędzania wody bez odzysku ciepła z kondensatu ?

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga szczegółowo opisany rodzaj systemu oszczędzania, nie określając nawet jakie może być maksymalne zużycie wody przez sterylizator. Zgodnie z wymaganiami nie jest istotne zużycie wody, a jedynie indywidualne rozwiązanie jednego z producentów.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza system oszczędzania wody bez odzysku ciepła z kondensatu i wprowadza punktację w tym zakresie.

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, poz. VIII., Sterylizator parowy o pojemności 4 STE:

Pytanie 35

Pkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 1250mm jeżeli łączna szerokość dwóch sterylizatorów (6STE i 4 STE) będzie większa niż 2300mm (2x1150mm)?

Odp.

Zgodnie z SIWZ - z uwagi na wymiary otworów montażowych przygotowanych do instalacji sterylizatorów o szerokości 1170 mm i wysokości 2100 mm każda.

Pytanie 36

Pkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści drzwi sterylizatora wykonane z więcej niż „jednego kawałka stali” ?

Uzasadnienie: Drzwi sterylizatora parowego są na tyle skomplikowaną konstrukcją, że nie jest możliwe wykonanie ich z „jednego kawałka stali”.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści drzwi sterylizatora wykonane z więcej niż „jednego kawałka stali”

Pytanie 37

Pkt 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści połączenia gwintowane ?

Uzasadnienie: Połączenia klamrowe są droższe w eksploatacji z uwagi na wyższe koszty uszczelnień.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści połączenia gwintowane

Pytanie 38

Pkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 52,5 kW ?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 52,5 kW pod warunkiem, że bilans mocy dla suszarki, myjni oraz sterylizatornie przekroczy sumarycznej mocy urządzeń opisanych w SIWZ. W zakresie dostawy urządzeń do sterylizatorni jest również montaż i uruchomienie wobec tego oferent musi uwzględnić także koszty instalacyjne.

Pytanie 39

Pkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści 2 manometry wskazujące ciśnienie w komorze i w wytwornicy pary po stronie załadowniczej sterylizatora?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści 2 manometry wskazujące ciśnienie w komorze i w wytwornicy pary po stronie załadowniczej sterylizatora. Dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie w płaszczu jest punktowany (trzeci manometr).

Pytanie 40

Pkt 17 tabeli: Czy ze względu na ograniczenia odnośnie szerokości urządzeń Zamawiający dopuści wyświetlacze na ergonomicznej wysokości nad komorą?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści wyświetlacze na ergonomicznej wysokości nad komorą.

Pytanie 41

Pkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści aby oferowane urządzenia tj. myjnie – dezynfektory, sterylizatory i suszarka oraz system komputerowy posiadały wspólnego wytwórcę, a zgrzewarka rotacyjna była produkowana przez innego producenta?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści aby zgrzewarka rotacyjna była produkowana przez innego producenta.

Pytanie 42

Pkt 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wydruk zawierający dane w postaci numerycznej bez wykresu?

Uzasadnienie: Wydruk wykresu nie ma uzasadnienia praktycznego, gdyż pokazuje tylko trend a nie dane szczegółowe. Jednocześnie w przypadku wykresu stosowany jest papier o większej szerokości, który nie jest dostępny ogólnie na rynku i wymagany jest zakup bezpośrednio u dostawcy urządzenia.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści wydruk zawierający dane w postaci numerycznej bez wykresu

Pytanie 43

Pkt 21 tabeli: Czy Zamawiający dopuści min. 5 programów sterylizacyjnych w temp. 121 st.C oraz 134 st.C w tym min. 2 z możliwością modyfikacji oraz 3 programy testowe?

Uzasadnienie: W praktyce szpitalnej nie wykorzystuje się więcej niż 2-3 programy sterylizacyjne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza min. 5 programów sterylizacyjnych w temp. 121 st.C oraz 134 st.C w tym min. 2 z możliwością modyfikacji oraz 3 programy testowe i wprowadza punktację: min. 5 programów - 0 pkt.

6-20 programów - 5 pkt.

powyżej 20 programów - 10 pkt.



Pytanie 44

Pkt 23 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez systemu utrzymującego zasilanie?

Uzasadnienie: Sterylizatory parowe mają moc ok. 50kW i utrzymanie zasilania w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej wymagałoby zastosowanie agregatów prądotwórczych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza sterylizator bez systemu utrzymującego zasilanie, zamawiający wymaga utrzymania zasilania sterowników.

Pytanie 45

Pkt 24 tabeli: Czy Zamawiający dopuści system oszczędzania wody bez odzysku ciepła z kondensatu ?

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga szczegółowo opisanego rodzaju systemu oszczędzania, nie określając nawet jakie może być maksymalne zużycie wody przez sterylizator. Zgodnie z wymaganiami nie jest istotne zużycie wody, a jedynie indywidualne rozwiązanie jednego z producentów.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza system oszczędzania wody bez odzysku ciepła z kondensatu i wprowadza punktację w tym zakresie.

Pytanie 46

Prosimy o zmniejszenie kar:

§ 7.

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

- a) w razie naruszenia terminu określonego w § 3 ust. 1, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.
- b) w razie niedostarczenia części przedmiotu umowy 20 % wartości niedostarczonej części przedmiotu umowy.
- c) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2.

Na:

§ 7.

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

- a) w razie naruszenia terminu określonego w § 3 ust. 1, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.
- b) w razie niedostarczenia części przedmiotu umowy 10 % wartości niedostarczonej części przedmiotu umowy.
- c) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 47

Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 7 ust. 1a) użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

### III. Myjnia – dezynfektor – 2 szt

Pytanie 48.

Dot. pkt. 15 - Prosimy o dopuszczenia kondensatora pary z natryskiem wodnym. Proponowane rozwiązanie chłodzenia odpływu poprzez wodę jest najbardziej efektywnym w porównaniu do nadmuchu powietrza czy też innego typu chłodzenia.

Odp.

Zmawiający dopuszcza zaoferowanie myjni wyposażonej w kondensator z natryskiem wodnym

Pytanie 49

Dot. pkt. 16 - Prosimy o dopuszczenia pojemników 3 x 5l + 1 x 2l wewnątrz urządzenia.

Odp.

Zmawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników 3 x 5 l + 1 x min. 2 l umieszczone wewnątrz urządzenia

Pytanie 50

Dot. pkt. 29 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w 40 programów mycia i dezynfekcji, z których 3 najczęściej używane programy są wybierane za pomocą dedykowanych przycisków, zaś pozostałe z rozwijanego menu? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie co najmniej równoważne z opisanym w SIWZ.

Odp.

Zmawiający dopuszcza zaoferowanie myjni wyposażonej w 3 odrębne przyciski najczęściej używanych programów.

Pytanie 51

Dot. pkt. 33 - Czy Zamawiający ma na myśli, iż wyświetlacz <3,5” to 0 pkt, zaś ≥3,5” to 10 pkt.?

Odp.

Tak Zamawiający potwierdza , że przekątna ekranu poniżej 3,5” – 0 pkt. , natomiast ≥3,5” to 10 pkt.

Pytanie 52

Dot. pkt. 40 - Prosimy o podanie minimalnej pojemności wózka na buty.

Odp.

Zamawiający wymaga zaoferowania wózka o pojemności min. 10 par obuwia.

Pytanie 53

Dot. pkt. 43 – Czy Zamawiający dopuści do oceny tace narzędziowe o wymiarach zgodnych z normą DIN tj. 480 x 250 x 50 mm (1/1 DIN)? Takie wymiary tac pozwalają na optymalne wykorzystanie wielkości kosza załadowczego.

Odp.

Zamawiający dopuści do oceny tace narzędziowe o wymiarach zgodnych z normą DIN tj. 480 x 250 x 50 mm (1/1 DIN)

Pytanie 54

Dot. pkt. 44 - Czy Zamawiający dopuści do oceny tace narzędziowe o wymiarach zgodnych z normą DIN tj. 240 x 250 x 50 mm (1/2 DIN)? Takie wymiary tac pozwalają na optymalne wykorzystanie wielkości kosza załadownego.

Odp.

Zamawiający dopuści do oceny tace narzędziowe o wymiarach zgodnych z normą DIN tj. 240 x 250 x 50 mm (1/2 DIN)

#### IV. Strona czysta

Pytanie 55

Dot. pkt. 4 – Czy Zamawiający wymaga, aby suszarka była wyposażona w system dezynfekcji powietrza poprzez lampę UV?

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 56

Dot. pkt. 4.1 – Ponieważ suszarka zazwyczaj jest urządzeniem stosowanym do ewentualnego dosuszania wsadu (w przypadku gdy program w myjni-dezynfektorze nie ma fazy suszenia), zaś identyfikacja wsadu w celu jego zapisu w systemie komputerowym wymagałaby zastosowania jeszcze dodatkowo czytnika kodów kreskowych, prosimy o odstąpienie od wymogu podłączenia suszarki do komputerowego systemu ewidencji obiegu narzędzi.

Odp.

Zamawiający dopuszcza urządzenie bez możliwości podłączenia do systemu komputerowego.

#### VII. Sterylizator parowy o pojemności 6 STE – 1 szt.

Pytanie 57

Dot. pkt. 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w energooszczędną i zapewniającą szybkie nagrzewanie komorę o grubości ścian max 6 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 58

Dot. pkt. 8 - Czy Zamawiający wymaga, aby izolacja termiczna komory miała możliwość ponownego założenia? Rozwiązanie takie znacznie zmniejsza koszty eksploatacji urządzenia.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Pytanie 59

Dot. pkt. 13 - Prosimy o dopuszczenie sterylizatora o mocy całkowitej 50,5 kW co nieznacznie odbiega od określonego w SIWZ. Chcemy nadmienić, że moc całkowita praktycznie nie występuje w czasie pracy sterylizatora. Poza tym oba sterylizatory opisane w SIWZ mają moce do 43kW, a proponowany przez nas sterylizator 4 STE ma moc całkowitą 34 kW co sumarycznie jest mniej niż podane w SIWZ.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 50,5 kW pod warunkiem, że bilans mocy dla suszarki, myjni oraz sterylizatorów nie przekroczy sumarycznej mocy urządzeń opisanych w SIWZ. W zakresie dostawy urządzeń do sterylizatorni jest również montaż i uruchomienie wobec tego oferent musi uwzględnić także koszty instalacyjne

#### VIII. Sterylizator parowy o pojemności 4 STE – 1 szt.

Pytanie 60

Dot. pkt. 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w energooszczędną i zapewniającą szybkie nagrzewanie komorę o grubości ścian max 6 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 61

Dot. pkt. 3 - Prosimy o dopuszczenie sterylizatora o szerokości 1250 mm co nieznacznie różni się od szerokości podanej w SIWZ. Oferowany przez nas sterylizatory nie wymaga bocznego dostępu serwisowego, dzięki czemu niewielka różnica w szerokości urządzenia nie jest odczuwalna w trakcie jego użytkowania.

Odp.

Zgodnie z SIWZ. Z uwagi na wymiary otworów montażowych przygotowanych do instalacji sterylizatorów o szerokości 1170 mm i wysokości 2100 mm każda.

Pytanie 62

Dot. pkt. 8 - Czy Zamawiający wymaga, aby izolacja termiczna komory miała możliwość ponownego założenia? Rozwiązanie takie znacznie zmniejsza koszty eksploatacji urządzenia.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ.

Pytanie 63

Prosimy o udostępnienie w wersji elektronicznej dokumentacji po-wykonawczej (proj. Branży sanitarnej, elektrycznej, architektonicznej) pomieszczeń Sterylizacji.

Odpowiedź:

Dokumentacja budowlana - poszczególne branże budowlane - pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni Szpitala w Kępnie, znajduje się na stronie – BIP Powiat Kępiński – Zamówienia

Publiczne powyżej 30 tys. euro, strona 3 – data ogłoszenia 01.02.2017 r. – nazwa zadania: „Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie”. W ramach tego zadania zostały zrealizowane prace budowlane obejmujące również pomieszczenia nowej Centralnej Sterylizatorni Szpitala w Kępnie.

Pytanie 64,

pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 12 tygodni od dnia podpisania umowy?

Wymagany termin 10 tygodni może być niewystarczający na wykonanie i dostarczenie myjni-dezynfektorów i sterylizatorów do pomieszczeń nowej Sterylizatorni.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

## II STRONA BRUDNA

### Pytanie 65

Czy wymienione wymiary wózka z blatem do transportu (900x600x870 mm) dotyczą całkowitego wymiaru zewnętrznego oferowanego wózka (wraz z wystającymi uchwytami oraz kółkami)? Prosimy o sprecyzowanie zapytania i podanie min. wymiarów blatu.

Odp.

Wymiary dotyczą blatu.

## III MYJNI-DEZYNFEKTOR

### Pytanie 66

pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w kondensator pary wymagający natrysku wodnego?

Odp.

Zamawiający wprowadził zmianę w p. 15 SIWZ i dopuści myjnię wyposażoną w kondensator pary wymagający natrysku wodnego

### Pytanie 67

pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – 3 pojemniki po min. 5 l każdy?

Odp.

Zamawiający wprowadził korektę w SIWZ o następującej treści : „Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 3 pojemniki po 5 l każdy i 1 pojemnik min. 1 l.”

### Pytanie 68

pkt. 21

Prosimy o wykreślenie lub weryfikację parametrów wymaganych w tym kryterium : „Wspólny wytwórca oferowanych urządzeń tj. myjni – dezynfektora, sterylizatorów, zgrzewarki rotacyjnej, suszarki oraz wspólny wytwórca systemu komputerowego. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. Wymagane oprogramowanie będzie służyło do archiwizacji cykli mycia, dezynfekcji, sterylizacji, walidacji”. Wprowadzenie ograniczenia związanego z wspólnym wytwórcą oferowanych urządzeń tj. myjni – dezynfektora, sterylizatorów, zgrzewarki rotacyjnej, suszarki oraz wspólnym wytwórcą systemu komputerowego powoduje jedynie ograniczenie konkurencji i wskazuje na rozwiązania konkretnej firmy. Firma AMED jest dystrybutorem oferowanych urządzeń (różnych producentów) i posiada własny autoryzowany serwis na oferowane produkty.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ, Zamawiający wyłączył z w/w wymogu zgrzewarkę rotacyjną.

### Pytanie 69

pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści tace narzędziowe z przykrywką o wymiarach: 480 x 240 x 50  
*Oferowane taca narzędziowa wraz z przykrywką jest zgodna z PN-EN 285/EN 285 oraz z DIN 58952-3.*

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza tace narzędziowe z przykrywką o wymiarach: 480 x 240 x 50 mm

Pytanie 70

pkt. 44

Czy Zamawiający dopuści tace narzędziowe z przykrywką o wymiarach: 300 x 240 x 50  
*Oferowane taca narzędziowa wraz z przykrywką jest zgodna z PN-EN 285/EN 285 oraz z DIN 58952-3.*

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza tace narzędziowe z przykrywką o wymiarach: 300 x 240 x 50 mm

Pytanie 71

pkt. 45

Czy Zamawiający dopuści tace narzędziowe z przykrywką o wymiarach: 210 x 145 x 50  
*Oferowane taca narzędziowa wraz z przykrywką jest zgodna z PN-EN 285/EN 285 oraz z DIN 58952-3.*

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza tace narzędziowe z przykrywką o wymiarach: 210 x 145 x 50 mm

### III STRONA CZYSTA

Pytanie 72

pkt. 4

Czy Zamawiający suszarkę wyposażoną w min. 5 niezależnych półek z możliwością ich demontażu?

*Wprowadzenie ograniczenia związanego z konkretną ilością półek powoduje jedynie ograniczenie konkurencji i wskazuje na rozwiązania konkretnej firmy.*

Odp.

Zadane pytanie nie jest zrozumiałe, jeśli Oferentowi chodzi o dopuszczenie suszarki wyposażonej w min. 5 niezależnych półek z możliwością ich demontażu, to taki wymóg został wpisany do SIWZ.

Pytanie 73, pkt. 4.1

Prosimy o wykreślenie lub weryfikację parametrów wymaganych w tym kryterium:  
„Możliwość podłączenia suszarki do systemu komputerowego za pomocą portu Ethernet. Wspólny wytwórca oferowanych urządzeń tj. myjni – dezynfektora, sterylizatorów, zgrzewarki rotacyjnej, suszarki oraz wspólny wytwórca systemu komputerowego. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. Wymagane oprogramowanie będzie służyło do archiwizacji cykli mycia, dezynfekcji, sterylizacji, walidacji”.

Wprowadzenie ograniczenia związanego z możliwością podłączenia suszarki do systemu komputerowego za pomocą portu Ethernet, wspólnym wytwórcą oferowanych urządzeń tj. myjni – dezynfektora, sterylizatorów, zgrzewarki rotacyjnej, suszarki oraz wspólnym wytwórcą systemu komputerowego powoduje jedynie ograniczenie konkurencji i wskazuje na rozwiązania konkretnej firmy.

Firma AMED jest dystrybutorem oferowanych urządzeń (różnych producentów) i posiada własny autoryzowany serwis na oferowane produkty.

Odp.  
Zamawiający odstępuje od wymogu wyposażenia suszarki w port Ethernet i możliwości podłączenia do systemu komputerowego, pozostałe wymagania w p. 4.1 pozostają bez zmian

Pytanie 74, pkt.

4.1

Czy Zamawiający dopuści suszarkę z wbudowaną drukarką ST2 parametrów cyklu?  
*Wprowadzenie ograniczenia związanego z możliwością podłączenia suszarki do systemu komputerowego za pomocą portu Ethernet powoduje jedynie ograniczenie konkurencji i wskazuje na rozwiązania konkretnej firmy.*

Odp.

Zamawiający dopuszcza suszarkę z wbudowaną drukarką ST2 parametrów cyklu

Pytanie 75

pkt. 55

Czy wymienione instalacje będą doprowadzone do miejsca zainstalowania sprzętu czy należy prowadzić przyłącza od konkretnych punktów przyłączenia? Prosimy o wskazanie miejsc włączenia do instalacji i zakresu prac po stronie oferenta.

Odp.

Instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne są doprowadzone do miejsca zainstalowania sprzętu.

#### V ZGRZEWARKA ROTACYJNA

Pytanie 76,

pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę rotacyjną bez opcji programowania i obsługiwaną przez przyciski dotykowe?

*Możliwość programowania i obsługiwaną przez przyciski dotykowe w przypadku zgrzewarek o wymiarach max. 560 x 255 x 145 (szer. x głęb. x wys.) powoduje jedynie ograniczenie konkurencji i wskazuje na rozwiązania konkretnej firmy.*

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ,

Pytanie 77

pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę rotacyjną o wymiarach 710 x 260 x 240 (szer. x głęb. x wys.)?

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78

pkt. 13

Prosimy o wykreślenie lub weryfikację parametrów wymaganych w tym kryterium: „

Wspólny

wytwórca oferowanych urządzeń tj. myjni – dezynfektora, sterylizatorów, zgrzewarki rotacyjnej, suszarki oraz wspólny wytwórca systemu komputerowego. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejąca w certyfikatach urządzenia jako producent. Wymagane oprogramowanie będzie służyło do archiwizacji cykli mycia, dezynfekcji, sterylizacji, walidacji”.

Wprowadzenie ograniczenia związanego z wspólnym wytwórcą oferowanych urządzeń tj. myjni – dezynfektora, sterylizatorów, zgrzewarki rotacyjnej, suszarki oraz wspólnym wytwórcą systemu komputerowego powoduje jedynie ograniczenie konkurencji i wskazuje na rozwiązania konkretnej firmy.

Firma AMED jest dystrybutorem oferowanych urządzeń (różnych producentów) i posiada własny autoryzowany serwis na oferowane produkty.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ, Zamawiający wyłączył z w/w wymogu zgrzewarkę rotacyjną.

## VI WÓZEK DO MAGAZYNOWANIA ARKUSZY PAPIERU

Pytanie 79

pkt. 8

Czy wymienione wymiary wózka z blatem do transportu (900x600x870 mm) dotyczą całkowitego wymiaru zewnętrznego oferowanego wózka (wraz z wystającymi uchwytnymi oraz kółkami)? Prosimy o sprecyzowanie zapytania i podanie min. wymiarów blatu.

Odp.

Wymiary dotyczą blatu.

## VII STERYLIZATOR PAROWY O POJEMNOŚCI 6 STE

Pytanie 80

pkt. 10<sup>1</sup>

Prosimy o wykreślenie tego punktu oceny jako nieuzasadnionego merytorycznie. W przypadku podtrzymania tej punktacji prosimy o przedstawienie jakie są merytoryczne aspekty stosowania tego punktu oceny poza premiowaniem rozwiązań stosowanych przez Getinge i możliwych do spełnienia tylko przez tego dostawcę? Czy rozwiązanie polegające na zaoferowaniu urządzenia z napędem pneumatycznym drzwi jest gorszym rozwiązaniem od urządzenia z napędem elektrycznym drzwi? Czy oznacza też, że jest on jakościowo lub w jakiegokolwiek innej formie lepszy?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak SIWZ

Pytanie 81

pkt. 18

Prosimy o wykreślenie tego punktu oceny jako nieuzasadnionego merytorycznie. W przypadku podtrzymania tej punktacji prosimy o przedstawienie jakie są merytoryczne aspekty stosowania tego punktu oceny poza premiowaniem rozwiązań stosowanych przez Getinge i możliwych do spełnienia tylko przez tego dostawcę? Czy rozwiązanie polegające na zaoferowaniu urządzeń i systemu komputerowego od różnych dostawców jest rozwiązaniem gorszym od zaoferowania sprzętu od tego samego wytwórcy? Czy oznacza też, że jest on jakościowo lub w jakiegokolwiek innej formie lepszy?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak SIWZ

Pytanie 82

pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem próżniowym z eżektorem wyposażonym w pompę cyrkulacyjną oraz zbiornik wody?



Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak SIWZ

#### VIII STERYLIZATOR PAROWY O POJEMNOŚCI 4 STE

Pytanie 83

pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści komorę o pojemność 4 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285 o wymiarach (szerokość x wysokość x głębokość) 670 x 670 x 638 mm?

Odp.

Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 84

pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wymiarach zewnętrznych 1710 x 1954 x 977 (szerokość x wysokość x głębokość)?

Wymiar 1710 mm zawiera wymiar konieczny na przestrzeń serwisową oferowanego urządzenia, przestrzeń serwisowa może być zlokalizowana zarówno po prawej jak i lewej stronie sterylizatora. Szerokość oferowanego sterylizatora bez przestrzeni technicznej wynosi 996 mm.

Odp.

Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 85

pkt. 10

Prosimy o wykreślenie tego punktu oceny jako nieuzasadnionego merytorycznie. W przypadku podtrzymania tej punktacji prosimy o przedstawienie jakie są merytoryczne aspekty stosowania tego punktu oceny poza premiowaniem rozwiązań stosowanych przez Getinge i możliwych do spełnienia tylko przez tego dostawcę? Czy rozwiązanie polegające na zaoferowaniu urządzenia z napędem pneumatycznym drzwi jest gorszym rozwiązaniem od urządzenia z napędem elektrycznym drzwi? Czy oznacza też, że jest on jakościowo lub w jakiegokolwiek innej formie lepszy?

Odp.

Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 86

pkt. 18

Prosimy o wykreślenie tego punktu oceny jako nieuzasadnionego merytorycznie. W przypadku podtrzymania tej punktacji prosimy o przedstawienie jakie są merytoryczne aspekty stosowania tego punktu oceny poza premiowaniem rozwiązań stosowanych przez Getinge i możliwych do spełnienia tylko przez tego dostawcę? Czy rozwiązanie polegające na zaoferowaniu urządzeń i systemu komputerowego od różnych dostawców jest rozwiązaniem gorszym od zaoferowania sprzętu od tego samego wytwórcy? Czy oznacza też, że jest on jakościowo lub w jakiegokolwiek innej formie lepszy?

Odp.

Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 87

Prosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 12 tygodni od dnia podpisania umowy. Ze względu na to, że niektóre z urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia są sprzętami produkowanymi na zamówienie, a czas produkcji wynosi ok. 8-10 tygodni,

doliczając czas potrzebny na dostawę oraz instalację wyposażenia 12 tygodni jest realnym terminem wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy punktu II Strona brudna –

Pytanie 88

ppkt. 2:

Czy Zamawiający dopuści wymiar komory 500 x 400 x 250 mm?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Pytanie 89

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zawór odpływowy sterowany manualnie, ale przy komorze?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Dotyczy punktu II Strona brudna – ppkt. 3:

Pytanie 90

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wymiary komór: 400 x 400 x 250 mm?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ.

Pytanie 91

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zawór odpływowy sterowany manualnie, ale przy komorze?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ.

Pytanie 92

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez półki?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Dotyczy punktu II Strona brudna – ppkt. 4:

Pytanie 93

Prosimy o doprecyzowanie czy pistolet ma być na sprężone powietrze i wodę, czy na samo powietrze?

Odp.

Pistolet ma być na sprężone powietrze i wodę.

Pytanie 94

Prosimy o doprecyzowanie czy te pistolety mają posiadać regulację wypływu z zaworem w tylnej części pistoletu?

Odp.

Zamawiający określił w wymaganiach w SIWZ, dodatkowe zapisy nie są wymagane jeśli nie są sprzeczne z zapisanymi wymaganiami.

Dotyczy punktu III Myjnia – dezynfektor – 2 szt.

Pytanie 95

Prosimy o uwzględnienie na zasadzie równoważności innych rozwiązań niż wymagane w opisie. Wszystkie zapisy plus sposób punktacji faworyzowanych rozwiązań jednoznacznie wskazują na urządzenia firmy Steelco (Włochy) z serii DS 610, których wyłącznym dystrybutorem na polskim rynku jest firma Medilab z Białegostoku. Jest to niedopuszczalne w świetle Ustawy PZP gdyż prowadzi do ograniczenia konkurencji.

Odp.

Zamawiający dopuszcza do oceny wszystkie urządzenia spełniające wymagania określone w SIWZ. Punktacja uwzględnia potrzeby Zamawiającego/Użytkowników, a nie oczekiwania poszczególnych oferentów o czym również świadczy treść odpowiedzi na pytania oferentów.

Pytanie 96

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzeń o mocy maksymalnej 13 kW, co jest wartością niewiele większą od wymaganej.

Odp.

Zamawiający dopuści myjnię – dezynfektor o mocy 13 kW pod warunkiem, że bilans mocy dla suszarki, myjni oraz sterylizatorów nie przekroczy sumarycznej mocy urządzeń opisanych w SIWZ. Wymóg określony w SIWZ pojawił się ze względu istniejące przyłącza energetyczne. W zakresie dostawy urządzeń do sterylizatorni jest również montaż i uruchomienie wobec tego oferent musi uwzględnić także koszty instalacyjne. W przypadku pojawienia się dodatkowych kosztów związanych z podłączeniem oferent musi uwzględnić w ofercie cenowej. Zamawiający nie dopuszcza przeznaczenia dodatkowych kosztów na instalacje.

Pytanie 97

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzeń wyposażonych w kondensatory oparów działające na zasadzie pułapki wodnej (z natryskiem). Jest to najbardziej efektywne rozwiązanie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianą wprowadzoną w zapisie w SIWZ.

Pytanie 98

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzeń posiadających miejsce wewnątrz pozwalające na umieszczenie 3 pojemników na detergenty o pojemności 5 litrów oraz 1 pojemnika o pojemności 1 litr.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaferowanie urządzeń posiadających miejsce wewnątrz pozwalające na umieszczenie 3 pojemników na detergenty o pojemności 5 litrów oraz 1 pojemnika o pojemności 1 litr.

Pytanie 99

Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego jednego wspólnego wytwórcy urządzeń stanowiących wyposażenie Centralnej Sterylizatorni. Zapis taki jest niedopuszczalny w świetle Ustawy PZP, ponieważ prowadzi do ograniczenia konkurencji.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ, z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 100

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń wyposażonych w wyświetlacze dotykowe zamiast przyciski umożliwiające wybór programów. Programy wybierane z ekrany dotykowego urządzenia.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń wyposażonych w wyświetlacze dotykowe.

Pytanie 101

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń wyposażonych w rozwiązanie równoważne do opisanego w punkcie 32 „Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego” – licznik godzin pracy filtra.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Pytanie 102

Dotyczy punktów 39-41. Prosimy o informację, czy do 2 urządzeń Zamawiający wymaga po 1 wózku każdego typu (standardowy do narzędzi chirurgicznych, do butów, do narzędzi laparoskopowych) czy łącznie po 2 wózki każdego typu?

Odp.

W SIWZ określono wyposażenie dla każdej myjni, czyli wózek do narzędzi chirurgicznych – 2 szt., wózek do narzędzi laparoskopowych – 1 szt., wózek do butów – 1 szt.

Pytanie 103

Dotyczy punktów 39-41. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń wyposażonych w 2 uniwersalne wózki wsadowe (po jednym dla każdego z urządzeń), 6-poziomowe do mycia narzędzi chirurgicznych ze zdejmowanymi poziomami 2, 4, 5 (możliwość mycia przedmiotów o większych gabarytach) i możliwością zainstalowania na tych wózkach wkładek do mycia obuwia (do 20 par obuwia) oraz wkładek do mycia narzędzi laparoskopowych (ilość i rodzaj przyłączy zgodnie z wymaganiami) zamiast 3 wózków różnego typu wymaganych w opisie.

Odp.

Zapis jak w SIWZ oraz jak odpowiedzi w pyt. 8

Pytanie 104

Dotyczy punktu IV Strona czysta – ppkt. 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o szer. 700 mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Pytanie 105

Dotyczy punktu IV Strona czysta – ppkt. 4:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania suszarki o wysokości 2180 mm (niewiele większa od wymaganej).

Odp.

Zamawiający dopuścił suszarkę o wys. maks. 2200 mm

Pytanie 106

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania suszarki o mocy maksymalnej 4 kW (niewiele większa od wymaganej).

Odp.

Zamawiający dopuści suszarkę o mocy 4 kW pod warunkiem, że bilans mocy dla suszarki, myjni oraz sterylizatorów nie przekroczy sumarycznej mocy urządzeń opisanych w SIWZ. Wymóg określony w SIWZ pojawił się ze względu istniejące przyłącza energetyczne. W zakresie dostawy urządzeń do sterylizatorni jest również montaż i uruchomienie wobec tego oferent musi uwzględnić także koszty instalacyjne. W przypadku pojawienia się dodatkowych kosztów związanych z podłączeniem oferent musi uwzględnić w ofercie cenowej. Zamawiający nie dopuszcza przeznaczenia dodatkowych kosztów na instalacje.

Pytanie 107

Dotyczy punktu IV Strona czysta – ppkt. 4.1:

Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego jednego wspólnego wytwórcy urządzeń stanowiących wyposażenie Centralnej Sterylizatorni. Zapis taki jest niedopuszczalny w świetle Ustawy PZP, ponieważ prowadzi do ograniczenia konkurencji.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Dotyczy punktu V Zgrzewarka rotacyjna – 1 szt.

Pytanie 108

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z regulacją nastawy temperatury do 200 °C – wyższe temperatury praktycznie nie są stosowane w przypadku popularnych opakowań sterylizacyjnych.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Pytanie 109

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z tolerancją nastawy temperatury 1%.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 110

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia programowanego i obsługiwanego przez panel (wyświetlacz) dotykowy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie programowane i obsługiwane przez panel (wyświetlacz) dotykowy.

Pytanie 111

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wymiarach (S x G x W): 553 x 264 x 192 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o wymiarach (S x G x W): 553 x 264 x 192 mm.

Pytanie 112

Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego jednego wspólnego wytwórcy urządzeń stanowiących wyposażenie Centralnej Sterylizatorni. Zapis taki jest niedopuszczalny w świetle Ustawy PZP, ponieważ prowadzi do ograniczenia konkurencji.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi.

Dotyczy punktu VII Sterylizator parowy o pojemności 6 STE – 1 szt.

Pytanie 113

Prosimy o uwzględnienie na zasadzie równoważności innych rozwiązań niż wymagane w opisie. Wszystkie zapisy plus sposób punktacji faworyzowanych rozwiązań jednoznacznie wskazują na urządzenie firmy Steelco (Włochy) z serii VS 6/2, których wyłącznym dystrybutorem na polskim rynku jest firma Medilab z Białegostoku. Jest to niedopuszczalne w świetle Ustawy PZP gdyż prowadzi do ograniczenia konkurencji.

Odp.

Zamawiający dopuszcza do oceny wszystkie urządzenia spełniające wymagania określone w SIWZ. Punktacja uwzględnia potrzeby Zamawiającego/Użytkowników, a nie oczekiwania poszczególnych oferentów o czym również świadczy treść odpowiedzi na pytania oferentów

Pytanie 114

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę o wymiarach (S x W x G) 660 x 660 x 1000 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wymiarach zewnętrznych (S x W x G) 1175 x 2240 x 1308 mm.

Odp.

Zgodnie z SIWZ - z uwagi na wymiary otworów montażowych przygotowanych do instalacji sterylizatorów o szerokości 1170 mm i wysokości 2100 mm każda.

Pytanie 116

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wymiarach zewnętrznych (S x W x G) 1424 x 1850 x 1308 mm (nie wymagana przestrzeń serwisowa, serwis urządzenia tylko od frontu i od tyłu urządzenia).

Odp.

Zgodnie z SIWZ - z uwagi na wymiary otworów montażowych przygotowanych do instalacji sterylizatorów o szerokości 1170 mm i wysokości 2100 mm każda.

Pytanie 117

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w połączenia gwintowane, które zapobiegają możliwości przypadkowego rozpięcia przez obsługę.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści połączenia gwintowane

Pytanie 118

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzenia wyposażonego w jeden wspólny zawór bezpieczeństwa dla płaszcza, komory i wytwornicy pary ze względu na połączenie wszystkich wymienionych podzespołów w jeden połączony ze sobą system.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Pytanie 119

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzenia wyposażonego w drukarkę igłową, z której wydruk charakteryzuje się większą trwałością i wytrzymałością niż wydruk na papierze termicznym.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenia wyposażonego w drukarkę igłową

Pytanie 120

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzenia z 2 programami testowymi: test Bowie-Dicka oraz test szczelności.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Pytanie 121

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzenia wyposażonego w 1-stopniową pompę próżniową.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Pytanie 122

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzenia wyposażonego w system oszczędzania wody nie wyposażony w wymiennik ciepła.

Odp.

Zamawiający wprowadził w VII p. 24 SIWZ parametr punktowany

Dotyczy punktu VIII Sterylizator parowy o pojemności 4 STE – 1 szt.

Pytanie 123

Prosimy o uwzględnienie na zasadzie równoważności innych rozwiązań niż wymagane w opisie. Wszystkie zapisy plus sposób punktacji faworyzowanych rozwiązań jednoznacznie wskazują na urządzenie firmy Steelco (Włochy) z serii VS 4/2, których wyłącznym dystrybutorem na polskim rynku jest firma Medilab z Białegostoku. Jest to niedopuszczalne w świetle Ustawy PZP gdyż prowadzi do ograniczenia konkurencji.

Odp.

Zamawiający dopuszcza do oceny wszystkie urządzenia spełniające wymagania określone w SIWZ . Punktacja uwzględnia potrzeby Zamawiającego/Użytkowników, a nie oczekiwania poszczególnych oferentów o czym również świadczy treść odpowiedzi na pytania oferentów

Pytanie 124

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzenia wyposażonego w komorę o wymiarach (S x W x G) 660 x 660 x 720 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzenia o wymiarach zewnętrznych (S x W x G) 1175 x 2240 x 1028 mm.

Odp.

Zgodnie z SIWZ - z uwagi na wymiary otworów montażowych przygotowanych do instalacji sterylizatorów o szerokości 1170 mm i wysokości 2100 mm każda

Pytanie 126

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzenia o wymiarach zewnętrznych (S x W x G) 1424 x 1850 x 1028 mm (nie wymagana przestrzeń serwisowa, serwis urządzenia tylko od frontu i od tyłu urządzenia).

Odp.

Zgodnie z SIWZ - z uwagi na wymiary otworów montażowych przygotowanych do instalacji sterylizatorów o szerokości 1170 mm i wysokości 2100 mm każda

Pytanie 127

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzenia wyposażonego w połączenia gwintowane, które zapobiegają możliwości przypadkowego rozpięcia przez obsługę.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści połączenia gwintowane.

Pytanie 128

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzenia wyposażonego w jeden wspólny zawór bezpieczeństwa dla płaszcza, komory i wytwornicy pary ze względu na połączenie wszystkich wymienionych podzespołów w jeden połączony ze sobą system.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Pytanie 129

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzenia wyposażonego w drukarkę igłową, z której wydruk charakteryzuje się większą trwałością i wytrzymałością niż wydruk na papierze termicznym.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenia wyposażonego w drukarkę igłową

Pytanie 130

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania urządzenia z 2 programami testowymi: test Bowie-Dicka oraz test szczelności.

Odp.



Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ

Pytanie 131

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w 1-stopniową pompę próżniową.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ.

Pytanie 132

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w system oszczędzania wody niewyposażony w wymiennik ciepła.

Odp.

Zamawiający wprowadził w VIII p. 24 SIWZ parametr punktowany

Dotyczy punktów VII i VIII – sterylizatory parowe

Pytanie 133

Prosimy o podanie wymiarów otworu montażowego dla urządzeń oraz dostępnej wysokości planowanej przestrzeni technicznej.

Odpowiedź:

Szerokość otworów montażowych wynosi 1170 mm, a wysokość 2100mm.

Pytanie 134

Dotyczy punktu IX Pakietowanie i magazynowanie bielizny – ppkt. 1:  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o wysokości 850 mm?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o wysokości 850 mm

Pytanie 133

Dotyczy punktu IX Pakietowanie i magazynowanie bielizny – ppkt. 2:  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał o wysokości 1800 mm?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania regał o wysokości 1800 mm

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ:

1. Punkt 23.3.2) otrzymuje brzmienie:

„2) za kryterium „**Jakość – technologia**” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

Liczba punktów za kryterium „Jakość-technologia”	Liczba punktów oferty badanej	x 40
	Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów	

Za kryterium „Jakość – technologia” oferta może uzyskać maksymalnie 125 punktów.

Szczegółowa punktacja ocenianych parametrów technicznych została opisana w załączniku nr 1 do Siwz – „Opis wymaganych parametrów technicznych”.

W załączeniu, Zamawiający przekazuje zmieniony załącznik nr 1 Opis wymaganych parametrów technicznych.

Powyższe odpowiedzi, wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Kępnie  
*lek. Jakub Krawczyk*

Opis	Waga	Wskazanie