



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE®**



SP ZOZ ZP/16D/2019

Kępno, dnia 2 grudnia 2019r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyrobów implantacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno na podstawie zapisów art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), niniejszym przekazuje zapytania i udzielone wyjaśnienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

dot. § 3 wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej – dokument pdf? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Pytanie 2

dot. § 1 ust. 2 wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga bezpłatnego wdzierżawienia instrumentarium i utworzenia depozytu do wszystkich pakietów, czy też zgodnie z zapisem Rozdziału 3, pkt 8) SIWZ – tylko dla Pakietu 5?

Odpowiedź:

Wymóg wdzierżawienia bezpłatnego instrumentarium dotyczy tylko Pakietu nr 5.

Pytanie 3

dot. § 2 ust. 3 wzoru umowy:

Czy mając na uwadze zapisy ww. paragrafu umowy gdzie Wykonawca oświadcza, że oferowany asortyment spełnia wymogi wynikające z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. oraz, że na każde wezwanie w trakcie trwania umowy, w ciągu 3 dni roboczych, przedłoży kopie tych dokumentów, Zamawiający odstąpi od wymogu składania na wezwanie tych dokumentów, zastępując je stosownym oświadczeniem? Oświadczenie zawierać będzie dokładne dane wymaganych dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

dot. § 1 ust. 6 wzoru umowy:

Mając na uwadze, że Zamawiający nie precyzuje w SIWZ warunków dotyczących dostawy

w trybie „CITO”, prosimy o wykreślenie powyższego zapisu z przedmiotowej umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym § 1 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „6. Dostawy muszą być wykonywane zgodnie z SIWZ, przedmiotem zamówienia, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.”

Pytanie 5

dot. Wzoru Formularza Oferty – pkt. 4, 5):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawę zapisu w ww. formularzu dot. możliwości wyboru liczby całkowitej dni do oferowanego terminu płatności z zakresu 30 – 60 dni, tj. zgodnie z opisanym kryterium oceny.

Odpowiedź:

W załączeniu poprawiony formularz oferty.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5** dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych wyłącznie z tytanu bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania śruby doszyjkowej wyłącznie gwintowanej zamiast gwintowanej i spiralno-nożowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki dynamizacyjnej do bliższej nasady kości udowej o długości od 48 do 336 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9


Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki dynamizacyjnej do dalszej nasady kości udowej o długości od 118 do 374 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płyt o długości od



SZPITAL w Kępnie

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE®**



ISO 9001:2015

2 do 12 otworów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 7, 8, 10, 46** dopuści możliwość zaferowania płytki z otworami blokowanymi wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. w każdym kierunku według własnych rozwiązań konstrukcyjnych zamiast otworów w głowie płyty zbudowanych z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 7** dopuści możliwość zaferowania instrumentarium bez celowników do wprowadzania śrub w głowę kości ramiennej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 7** dopuści możliwość zaferowania płytki do dalszej nasady kości ramiennej tylnobocznej w długościach od 3-14 otworów, płytki tylnobocznej z hakiem w długościach 3-14 otworów oraz płyty przysiódkowej w długościach od 3-14 otworów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 8** dopuści możliwość zaferowania płyty o długościach od 86 do 216 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 11** dopuści możliwość zaferowania płyty posiadającej od 4 do 16 otworów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 13** dopuści możliwość zaferowania wkrętów o średnicy 2,0 z gniazdem sześciokątnym 1,5 mm zamiast 2,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 24** dopuści możliwość zaoferowania śrub kaniulowanych 2,4 i 3,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 26** dopuści możliwość zaoferowania śrub kaniulowanych z gniazdem sześciokątnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 26, 28, 30** dopuści możliwość zaoferowania podkładek stalowych zamiast wykonanym z PEEK?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 27** dopuści możliwość zaoferowania podkładek do śrub o średnicy 3,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 28** dopuści możliwość zaoferowania śrub z kaniulacją umożliwiającą wprowadzenie po drucie o średnicy 1,2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 31** dopuści możliwość zaoferowania podkładek w rozmiarze \varnothing 10,0/4,7 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23


Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 32** dopuści możliwość zaoferowania śrub z kaniulacją umożliwiającą wprowadzenie po drucie o średnicy 2,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 32** dopuści możliwość zaoferowania śrub kaniulowanych z gniazdem sześciokątnym 3,5 mm?



SZPITAL w Kępnie

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE®**



ISO 9001:2015

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 33** dopuści możliwość zaferowania podkładek w rozmiarze \varnothing 13,0/6,7 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 34** dopuści możliwość zaferowania śrub kaniulowanych 7,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 34** dopuści możliwość zaferowania śrub z kaniulacją umożliwiającą wprowadzenie po drucie o średnicy 2,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 34** dopuści możliwość zaferowania śrub kaniulowanych z gniazdem sześciokątnym 5,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 35** dopuści możliwość zaferowania śrub ze średnicą główki z gwintem 3,3/3,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 35, 40, 41** dopuści możliwość zaferowania drutu prowadzącego 1,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 36** dopuści możliwość zaferowania śruby o średnicy rdzenia 2,7 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 38** dopuści możliwość zaoferowania śrub blokowanych 2,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 31** dopuści możliwość zaoferowania śrub korowych 2,0 i 1,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 42-44** dopuści możliwość zaoferowania płytek ze śrubami korowymi lub blokowanymi w płycie 2,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 5 poz. 48-50 w oddzielny pakiet.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia zapisy SIWZ,

w związku z tym:

1. Punkt 17.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul Szpitalna 7 63-600 Kępno, **sekretariat – I piętro – budynek administracji**, w nieprzekraczalnym terminie:


do dnia	5.12.2019	do godz.	10:00
---------	------------------	----------	--------------

2. Punkt 17.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 7



SZPITAL w Kępnie

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE®**



ISO 9001:2015

63-600 Kępno

Oferta w postępowaniu pn.:

**„Dostawa wyrobów implantacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie”**

Nie otwierać przed dniem: 5.12.2019 r. przed godz. 10:10.

3. Punkt 18 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno, w terminie:

w dniu	5.12.2019r.	o godz.	10:10
--------	--------------------	---------	--------------

Powyższe odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
mgr Beata Andrzejewska