

SPZOZ-ZP/11D/2020

Kępno, dnia 03.11.2020r.

Otrzymują:

- strona internetowa: [www.szpital.kepno.pl](http://www.szpital.kepno.pl)

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa MAMMOGRAFU CYFROWEGO dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/11D/2020.**

Działając na podstawie art.38. ust.1a ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający – Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie udziela odpowiedzi na pytania zadane do niniejszego postępowania, które zostało złożone po upływie terminu składania wniosków o udzielenie wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

1. Dotyczy odpowiedzi nr 1 na pytanie dotyczące załącznika nr 2 do SIWZ, Mammograf, Generator wysokiego napięcia pkt. 14, z dnia 02.11.2020

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż współczesne mammografy cyfrowe ze względu na zaawansowane systemy kontroli ekspozycji umożliwiają wykonywanie badania w trybie pełnej automatyki, w której wszystkie parametry są dobierane przez aparat. Równocześnie posiadają tryb manualny, który umożliwia wykonanie niezbędnych testów i niestandardowych badań mammograficznych. Tryby półautomatyczne charakteryzuje systemy analogowe i nie są standardem w mammografach cyfrowych. Prosimy o dopuszczenie systemu, który posiada tryby automatyczny i tryb manualny wyboru parametrów ekspozycji.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź :**

**Mimo, iż zapytanie wpłynęło po terminie wyznaczonym na składanie ofert, Zamawiający nie pozostawia pytania bez rozeznania i DOPUSZCZA powyższe rozwiązanie.**

Z poważaniem,

Podpisano: **Dyrektor SPZOZ w Kępnie**  
**/-/ Beata Andrzejewska**