

ZAŁĄCZNIK nr 2A

do zadania pn. „Dostawa odczynników , kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi kwasowo – zasadowej z ko oksymetrią dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”.

KRYTERIUM OCENY OFERT

1. JAKOŚĆ: 40%

Lp.	Parametr oceniany	Punkty – ilość możliwa do uzyskania	Punkty – ilość uzyskana
1	Możliwość wykonania pomiaru wszystkich parametrów w próbce o maksymalnej objętości 45 µl	10	
	Brak możliwości wykonania pomiaru wszystkich parametrów w próbce o maksymalnej objętości 45 µl	0	
2	Możliwość przeniesienia odczynników/materiałów zużywalnych do analizatora back-up bez utraty pozostałych w nich testów	10	
	Brak możliwości przeniesienia odczynników/materiałów zużywalnych do analizatora back-up bez utraty pozostałych w nich testów	0	
3	Czas uzyskania wyniku nie dłuższy niż 60 sekund	10	
	Czas uzyskania wyniku powyżej 60 sekund	0	
4	Materiał kontrolny na trzech poziomach zintegrowany z pakietem odczynnikowym	10	
	Materiały kontrolne niezintegrowane z pakietem odczynnikowym	0	

..... ,

(miejsowość)

(Data)

.....

(Imię i nazwisko oraz podpis osoby/ osób wpisanych w rejestrach , uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta)