

SPZOZ-ZP/9D/2020

Kępno, dnia 04.12.2020r.

Otrzymują:
- strona internetowa: www.szpital.kepno.pl

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi kwasowo – zasadowej z kooksymetrią dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”. – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/9D/2020.

Działając na podstawie art.38. ust.2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający – Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie udziela odpowiedzi na pytania zadane do niniejszego postępowania:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 2, pkt 9:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu, w którym pojemnik na ścieki jest szczelnie zamknięty i zintegrowany z pakietem odczynnikowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora z pojemnikiem na odpady płynne zintegrowanym z pakietem odczynnikowym.

Dotyczy Załącznika nr 2, pkt 12:

1. Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym można definiować panel parametrów mierzonych, natomiast nie ma możliwości edycji wydruku i parametrów wyliczanych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści analizator w którym można definiować panel parametrów mierzonych, natomiast nie ma możliwości edycji wydruku i parametrów wyliczanych.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

mgr Beata Anarzejewska