

POZOSTAŁE INFORMACJE i WYMAGANIA

1. Przyjmujący zamówienie zapewni niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie gwarantujące bezpieczne w pełni szyfrowane połączenie pomiędzy Zamawiającym a systemem Przyjmującego zamówienie na potrzeby transferu danych obrazowych.
2. Oprogramowanie oraz sprzęt wymagany do teletransmisji zostanie dostarczony i zainstalowany przez Przyjmującego zamówienie na jego koszt.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zabezpieczyć dane obrazowe na czas transferu poza teren jednostki bezpiecznym tunelem VPN.
4. Wszystkie elementy systemu Przyjmującego zamówienie mieszczące się po za placówką Zamawiającego w tym:

1. Urządzenia serwerowe,
2. Urządzenia służące do przechowywania danych obrazowych,
3. Urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo transmisji danych.

Zbudowane są w sposób redundantny przy użyciu przynajmniej dwóch geograficznie oddzielonych od siebie centrów przetwarzania danych gwarantujących maksymalną dostępność i bezpieczeństwo systemu.

5. Dostęp do obrazów badań zarówno przez personel Zamawiającego jak i lekarzy oraz personel Przyjmującego zamówienie będzie realizowany tylko i wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie.
6. Opisy badań dostępne będą dla Zamawiającego za pośrednictwem systemu informatycznego Przyjmującego zamówienie w formacie minimum .pdf umożliwiającym każdorazowo skopiowanie zawartości. Każdy opis udostępniony w formacie .pdf winny być opatrzony cyfrowym podpisem elektronicznym lekarza wykonującego dany opis.
7. Przyjmujący zamówienie zgadza się na przeprowadzenie kontroli przez Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostarczanej infrastruktury informatycznej.
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia konfiguracji urządzeń diagnostyki obrazowej Zamawiającego. Konfiguracja powinna umożliwić wysłanie badań bezpośrednio ze stacji techników wszystkich wymaganych urządzeń diagnostyki obrazowej, oraz możliwość przeprowadzenia procesu rejestracji i odbioru opisu badania za pośrednictwem platformy informatycznej udostępnianej przez Przyjmującego zamówienie. Wymagania techniczne jak wyżej w punktach 1 i 2.

Lista urządzeń do podłączenia:

- a) TK GE Optima 520
 - b) RTG Carestream Ascend sufitowy
 - c) RTG Carestream Ascend kolumnowy
 - d) Tablet do aparatu przenośnego
 - e) Mammograf GE Senographe Crystal Nova
9. W celu przesłania obrazu w systemie teleradiologii Zamawiający udostępni łącze internetowe umożliwiające transfer danych do systemu Przyjmującego zamówienie.
 10. W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zapewnia obsługę techniczną i informatyczną sprzętu oraz oprogramowania służącego do transmisji danych.
 11. W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zapewnia ciągłe zdalne i telefoniczne wsparcie techniczne realizowane w trybie 24/7 przez cały rok.
 12. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przeprowadzenia wdrożenia, podłączenia niezbędnych urządzeń, przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych w języku polskim nie później niż do 5 dni od dnia zawarcia umowy.

..... ,

(miejscowość)

(Data)

.....

(Imię i nazwisko oraz podpis osoby/ osób wpisanych w rejestrach, uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta)