

**PARAMETRY OCENIANE :**

Wykonawca może otrzymać za to kryterium maksymalnie 20 pkt.

L.p.	Parametry oceniane	Ocena	
		TAK	NIE
1.	Analizator jednomodułowy bez mostka łączącego moduł badania fizykochemicznego z modulem analizy osadu <b>Tak – 10 pkt./Nie – 0 pkt.</b>		
2.	Możliwość wykonania pełnego badania fizykochemicznego moczu wraz z analizą osadu z próbek typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml <b>Tak – 5 pkt./Nie – 0 pkt.</b>		
3.	Analizator wyposażony w systemy kontroli wilgotności i osuszania powietrza w podajniku na paski testowe <b>Tak – 5 pkt./Nie – 0 pkt.</b>		

..... , .....

(miejscowość)

(Data)

.....

(Imię i nazwisko oraz podpis osoby/ osób wpisanych w rejestrach , uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta)

---