

SPZOZ-ZP/21BU/2022

Kępno, dnia 15.07.2022r.

Otrzymują:

- **WSZYSCY Uczestnicy postępowania**

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawę PASKÓW TESTOWYCH i materiałów zużywalnych do analizy fizykochemicznej i osadu moczu wraz z dzierżawa analizatora automatycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/21BU/2022.

PYTANIE nr 1

Czy dzierżawa analizatora automatycznego dotyczy analizatora do oznaczeń fizykochemicznych połączony z analizatorem osadu moczu?

Odpowiedź: Dzierżawa dotyczy automatycznego analizatora wykonującego badanie fizykochemiczne moczu i badanie osadu moczu bez konieczności manualnego przenoszenia próbki po wykonaniu badania fizykochemicznego w celu wykonania badania osadu moczu.

PYTANIE nr 2

Czy dopuszczają Państwo paski 11 parametrowe ? **Odpowiedź:** TAK – zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 3

Czy dopuszczają Państwo pamięć analizatora o pojemności 10000 wyników ? **Odpowiedź NIE – zamawiający nie dopuszcza.**

*Podpisano: Dyrektor SPZOZ w Kępnie
/-/Beata Andrzejewska*