

Kępno, dnia 31 marca 2023r.

**Otrzymują:**  
- **WSZYSCY Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy:**

postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „ **Dostawę materiałów zużywalnych do procesów sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**” – oznaczenie sprawy: **SPZOZ-ZP/20BU/2023**.

**Pytanie nr 1**

**1. Dot. Pakietu nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk?

Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**2. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści testy składające się z fiolek z substancją testową oraz oddzielnie , sterylnie zapakowanych wymazówek. W przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor w 10 sekund z czerwonego na niebieski.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**3. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona .

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**4. Dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 19mm?


**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**5. Dotyczy Pakietu nr 3, pozycja nr 8**

Czy Zamawiający dopuści przezroczyste osłonki z nacięciem umożliwiającym umieszczenie narzędzia o szerokości do 10 mm lub osłonki do narzędzia o szerokości do 25mm?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**6. Dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 10.2**



**SZPITAL w Kępnie**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KĘPNIE**



Uprzejmie prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga 500 rolek etykiet do metkownicy (1 rolka = 500 etykiet) czy pojedynczych etykiet w ilości 500 sztuk czyli jednej rolki?

**Odp.: Zamawiający wymaga 500 rolek etykiet do metkownicy (1 rolka = 500 etykiet).**

**7. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 11**

Uprzejmie prosimy o określenie jakiej wielkości opakowań Zamawiający wymaga?

**Odp.: Zamawiający wymaga testów pakowanych po 500 sztuk + przyrząd PCD.**

**8. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 11**

W przypadku, gdy Zamawiający wymaga innej wielkości opakowania, prosimy o dopuszczenie testów w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd PCD, przy odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**9. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 12**

Prosimy o dopuszczenie testów w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd PCD, przy odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE NR 2**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

*Podpisano: **Dyrektor SPZOZ w Kępnie**  
/-/ **Beata Andrzejewska***