

Kępno, dnia 29.05.2023r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr SP ZOZ - ZP/25BU/2023**

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno, zaprasza do złożenia oferty w trybie pisemnego zapytania ofertowego na „**Wykonanie przeglądów okresowych, napraw i utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego oraz instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie**”. Z uwagi na szacowaną wartość zamówienia niniejsze postępowanie zostanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych tj. DZ. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zmianami ),

**1. Przedmiot zamówienia - szczegółowy opis:**

**Przedmiotem zamówienia** jest usługa serwisowania i wykonywania przeglądów okresowych, napraw i utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego oraz instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem w SP ZOZ w Kępnie oraz Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Grębaninie.

**a) Przeglądy i konserwacje powinny być wykonywane jednocześnie.**

**Za przeglądy** Zamawiający rozumie sprawdzenie wszystkich parametrów technicznych urządzenia w celu określenia jego stanu technicznego. W ramach przeglądów obowiązuje:

- legalizacja/kalibracja urządzeń lub ich części, które tego zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagają,
- pomiar wszystkich parametrów pomp infuzyjnych,
- pomiar oporności izolacji wszystkich konserwowanych urządzeń
- pomiar prędkości obrotowej wirówek laboratoryjnych.
- w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT.
- kontrola stanu technicznego akumulatorów w defibrylatorach.

Każde urządzenie po dokonanych przeglądzie technicznym musi być bezwzględnie opatrzone etykietą odporną na ścieranie i działanie środków dezynfekcyjnych. Etykieta ta musi posiadać następujące informacje w swej treści: datę następnego przeglądu. Natomiast w paszporcie danego urządzenia musi być czytelnie zapisane: urządzenie sprawne technicznie, dopuszczone to użytku/pracy oraz datę dokonanego przeglądu i datę następnego przeglądu. Informacje w paszporcie muszą być potwierdzone pieczęcią Wykonawcy oraz pieczęcią imienną osoby dokonującej wpisu oraz podpisem.

**Za konserwacje** Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich czynności konserwacyjnych przewidzianych w dokumentacji technicznej urządzenia, w szczególności wykonanie regulacji, czyszczenia, smarowania oraz wymiany wszystkich zużytych części, których wymianę przewiduje dokumentacja techniczna urządzenia.

**b) Utrzymania w ruchu, sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem które polega na:**

- konserwacji sieci instalacji gazów medycznych oraz jej osprzętu zgodnie z zaleceniami producenta,
- konserwacji sieci gazów medycznych, która obejmować będzie sprawdzenie:
- szczelności punktów poboru gazów medycznych na oddziałach i innych pomieszczeniach w szpitalu
- szczelności , łączników zaworów zwrotnych, tablic redukcyjnych, regulacji przepływów w tlenowni,
- szczelności i skuteczności działania zaworów odcinających poziomy i pionowy na oddziałach i innych pomieszczeniach w szpitalu,
- naprawy sieci instalacji gazów medycznych oraz jej osprzętu, ale po uprzednim uzgodnieniu zakresu i terminu rozpoczęcia oraz zakończenia z Sekcją Administracyjno – Gospodarczą Zamawiającego
- sporządzeniu i przekazaniu zamawiającemu protokółów przeglądu i konserwacji sieci gazów medycznych

**c) Zamówienie obejmuje również wystawianie orzeczeń technicznych dot. sprzętu medycznego objętego umowa oraz wycenę używanego sprzętu medycznego**

**Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert częściowych**

**2. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.**

**3. Warunki udziału w postępowaniu:**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

- a) min 4 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku **eksploatacji** zgodnie z rozporządzeniem MGPIPS z dnia 28.04. 2003 (Dz. U. Nr 89, poz 829 i nr 129 poz. 1184 oraz z 2005) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie obsługi, konserwacji, remontów , montażu i kontrolno – pomiarowych dla :
  - Urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną:
  - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, Pkt. 10. aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2
- b) min.1 osobą posiadającą zaświadczenie, certyfikat lub inny dokument potwierdzający przebyte szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji nie palnych gazów medycznych
- c) minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku **dozoru** zgodnie z rozporządzeniem MGPIPS z dnia 28.04.2003 ((Dz. U. Nr 89, poz. 829 i nr 129 poz. 1184 oraz z 2005) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się dozorem urządzeń , instalacji i sieci w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowych dla:
  - Urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających ,przesyłających i zużywających energię elektryczną: Pkt. 2. – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o

- napięciu nie wyższym niż 1 kV, Pkt. 10. aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2.
- d) min.1 osobą posiadającą zaświadczenie, certyfikat lub inny dokument potwierdzający przebyte szkolenie w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych
  - e) min 4 osobami posiadającymi certyfikat lub inny dokument potwierdzający przebyte szkolenie z zastosowania testera bezpieczeństwa w badaniu urządzeń medycznych zgodnie z PN EN 62353.
  - f) testerem bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych – min. 1 sztuka
  - g) symulatorem pacjenta symulującym minimum parametry EKG, NIBP, SpO<sub>2</sub>, IBP, temperatura, oddech – min. 1 sztuka,
  - h) urządzeniem do testowania defibrylatorów dwufazowych – min. 1 sztuka,
  - i) urządzenie do pomiaru prędkości obrotowej wirówek – min 1 sztuka,
  - j) urządzeniem do pomiaru parametrów pomp infuzyjnych – min. 1 sztuka,
  - k) testerem sprawdzania pojemności i kondycjonowania akumulatorów – min. 1szt.
  - l) Testerem termometrów bezdotykowych – min. 1 szt.
  - m) Urządzeniem do bezprzewodowego pomiaru temperatury (logery temperatury)
  - n) Urządzeniem do badania jakości wody min 1 szt.
  - o) Urządzenie do badania wilgotności powietrza w inkubatorach i cieplarkach – min. 1 szt.

#### 4. Termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7 – budynek administracji – I piętro – SEKRETARIAT, podpisaną przez osobę/ osoby wpisane w rejestrach, uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta, w zamkniętej kopercie, oznaczonej:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie**  
**Ul. Szpitalna 7 63 – 600 Kępno**  
**„OFERTA - NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO**  
**– nie otwierać przed 06.06. 2023r. do godz. 10:00,**

**lub przesać na adres:**

**przetargi@szpital.kepno.pl**

#### Do oferty należy dołączyć:

1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1
2. Wypełniony formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 2
3. Wykaz osób (załącznik nr 3), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. *(Wykonawca, który uzyska zamówienie będzie zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem umowy poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii wymaganych uprawnień osób wymienionych w załączniku).*
4. Załącznik nr 5 – oświadczenie.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, *W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w odpis winien być*

*złożony przez każdego z nich odrębnie.*

6. Umowa spółki cywilnej (jeśli dotyczy).
7. Wzór karty pracy, który będzie obowiązywał przez cały okres wykonywania prac serwisowych.

#### 5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający oceni oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: cena =100%

|                                       |                       |       |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|
| Liczba punktów<br>za kryterium „Cena” | Najniższa cena brutto | x 100 |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|

#### 6. Termin otwarcia ofert: 06.06.2023r. godz. 10:10

7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zapytania ofertowego proszę kierować na adres:  
**przetargi@szpital.kepno.pl**

8. Klauzula Informacyjna - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno
- kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie – 62 78 25 425 ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wykonanie przeglądów okresowych, napraw i utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego oraz instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie**” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



**SZPITAL w Kępnie**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KĘPNIE**



- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Załączniki:**

- 1) Formularz oferty – zał. nr 1
- 2) Formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 2
- 3) Wykaz osób – załącznik nr 3
- 4) Wzór umowy – zał. nr 4
- 5) Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zał. nr 4a
- 6) Oświadczenie – zał. nr 5.

Podpisano: **Dyrektor SPZOZ w Kępnie**  
**/-/Beata Andrzejewska**