

SPZOZ-ZO/25BU/2023

Kępno, dnia 02.06.2023r.

Otrzymują:

- **WSZYSCY Uczestnicy postępowania**

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Wykonanie przeglądów okresowych, napraw i utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego oraz instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/25BU/2023.

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK20e (pozycje 3, 53-60)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń produkcji Stryker?
2. Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK20e zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodnie z jego wymaganiami?
3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw urządzeń LIFEPAK20e firmy Stryker z siedzibie Wykonawcy? Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności korzystania ze specjalnie wyposażonego stanowiska pracy i narzędzi większość napraw musi być wykonywana w siedzibie autoryzowanego serwisu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów Lifepak 2-e (pozycja 3,53 – 60).

Pytanie nr 2

W związku z zapytaniem ofertowym nr SP ZOZ - ZP/25BU/2023 prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty obejmującej tylko przegląd instalacji gazów medycznych wg zapytania:

Jeśli zamawiający dopuszcza złożenie oferty na serwis instalacji prosimy o uszczegółowienie danych wg specyfikacji:

1. Liczba punktów poboru z podziałem na poszczególne oddziały i miejsce montażu.
2. Czy sprawdzamy tylko gniazda ściennie czy też gniazda zamontowane w panelach/kolumnach sufitowych.
3. Skrzynki zaworowe - ilość i lokalizacja.
4. Źródła gazów - O₂ - tablica redukcyjna - producent i układ zasilania
np . zbiornik + 2 rampy rezerwowe 2x12 butli...
N₂O - tablica redukcyjna - producent i układ zasilania ,
CO₂ - tablica redukcyjna - producent i układ zasilania ,
AIR - typy sprężarek i osuszaczy adsorbcyjnych - czy serwis ma zawierać wymianę olejów i filtrów maszynach/kiedy i kto robił ostatni serwis
VAC- typ pomp próżni - czy serwis ma zawierać wymianę olejów i filtrów maszynach/kiedy i kto robił ostatni serwis.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert obejmujących tylko przegląd instalacji gazów medycznych.

Podpisano: **Dyrektor SPZOZ w Kępnie**
/-/Beata Andrzejewska