

Kępno, dnia 15.09.2023r.

Otrzymują:  
- **WSZYSCY Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy:**

postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „**Dostawę PODŁOŻY do wykonywania posiewów krwi wraz z dzierżawą analizatora do inkubacji, hodowli i wykrywania wzrostu drobnoustrojów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/36BU/2023.

**Pytanie nr 1**

1. **Dotyczy §4 ust. 3 wzoru umowy dzierżawy** (załącznik nr 2a):Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu oczekiwania na interwencję do 48 godzin w dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na interwencję serwisową do 48 godzin w dni robocze**

2. **Dotyczy pkt. 4 parametrów granicznych** warunków serwisowania:Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 16 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 16 dni roboczych, pod warunkiem, że Wykonawca zobowiąże się do pokrycia kosztów transportu i wykonania badań w innym Laboratorium wykorzystującym ten sam system analityczny, położonym w pobliżu siedziby Zamawiającego w przypadku awarii przedłużającej się powyżej 48 godzin.**

3. **Dotyczy pkt. 5 parametrów granicznych** warunków serwisowania oraz §4 ust. 2wzoru umowy dzierżawy (załącznik nr 2a):Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów pkt. 5 parametrów granicznych warunków serwisowania oraz §4 ust. 2 wzoru umowy dzierżawy na następujący zapis: „Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach 8-17 do serwisu lub Przedstawiciela Handlowego.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

4. **Dotyczy §6 ust. 1b) i c) wzoru umowy dzierżawy** (załącznik nr 2a): Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie wysokości kar umownych od wartości brutto

niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

5. **Dotyczy §2 ust. 10 wzoru umowy** (załącznik nr 2): Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kart charakterystyk substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej (w przypadku wygrania postępowania), z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać dokumenty dla określonego numeru katalogowego?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie elektronicznego dostępu do wymaganych dokumentów.**

6. **Dotyczy poz. 6** (Inne niezbędne elementy do przesiewania prób pozytywnych) Arkusza asortymentowo – cenowego: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie końcówek do przesiewania prób pozytywnych, które nie są wyrobem medycznym i nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych, w związku z czym nie posiadają deklaracji zgodności ani certyfikatu CE.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie końcówek do przesiewania prób pozytywnych, które to końcówki nie są wyrobem medycznym, pod warunkiem dołączenia do oferty oświadczenia.**

7. **Dotyczy Arkusza asortymentowo – cenowego:** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny netto i brutto za 1 op., a nie za szt.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

*Podpisano: **Dyrektor SPZOZ w Kępnie**  
/-/ **Beata Andrzejewska***