

SPZOZ-ZP/23D/2023

Kępno , dnia 15.09.2023r.

## INFORMACJA Z WYBORU OFERT cz.2

w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie-powtórzenie” , otwartych w dniu 10.08.2023r. o godz. 10:30

1. Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora SPZOZ w Kępnie Nr 27/2023 z dnia 17.05.2023r. na posiedzeniu w dniu 15.09.2023r. po przeprowadzonych czynnościach analizy dokumentów oceny i weryfikacji złożonych ofert na podstawie kryterium zamieszczonego w specyfikacji warunków zamówienia, gdzie cena=60% oraz termin dostawy=40% - ustaliła w zakresie PAKIETU NR 2 następujący wynik postępowania:

Numer pakietu oraz wartość brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia	Numer oferty / Wykonawca	Wartość oferty Brutto oraz termin dostawy
Pakiet 2 288 375,90 zł	<b>OFERTA nr 01 - Bialmed Sp. z o.o.</b> <b>Ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa</b>  <b>OFERTA nr 04 SKAMEX Sp. z o.o.</b> <b>Ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź</b>  <b>OFERTA nr 02</b> <b>ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.</b> <b>Ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze</b>	Cena oferty brutto: 280 269,60=28,22 pkt. Termin dostawy- 2 dni = 40,00 pkt. <b>łącznie=68,22 pkt.</b>  Cena oferty brutto: 236 924,10 =33,38 Termin dostawy- 2 dni = 40,00 pkt. <b>łącznie=73,38 pkt.</b>  Cena oferty brutto: 131 813,88=60,00 pkt. Termin dostawy- 2 dni = 40,00 pkt <b>łącznie=100,00 pkt.</b>

1. Oferty złożone w części drugiej – pakiet nr 2 zostały poddane ocenie przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora SPZOZ w Kępnie Nr27/2023 z dnia 17.05.2023. i na posiedzeniu w dniu 15.09.2023r. wybrano – jako ofertę najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu:

**OFERTA nr 01 - Bialmed Sp. z o.o. Ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa**

Cena =280 269,60=28,22 pkt. Termin dostawy- 2 dni = 40,00 pkt.

**łącznie=68,22 pkt.**

Ponadto zamawiający informuje, iż **na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 odrzucił następujące oferty n/w wykonawców:**

**OFERTA nr 04 - SKAMEX Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź**

Oferta Wykonawcy j.w. jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SWZ –załącznik nr 1A – pozycja 7 oraz udzielonymi odpowiedziami do pytań zadanych przez Uczestników postępowania do treści SWZ.

**OFERTA nr 02 - ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze**

Oferta Wykonawcy j.w. jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SWZ –załącznik nr 1A – pozycja 7 oraz udzielonymi odpowiedziami do pytań zadanych przez Uczestników postępowania do treści SWZ.

*Uzasadnienie faktyczne:*

**Zamawiający wymagał w pakiecie nr 2 poz.7:**

„Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm w części przezroczystej, całość przyrządu-aparatu wolna od ftalanów DEHP oraz lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła zbiorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, z zabezpieczeniem igły zbiorczej po użyciu. Przyrząd musi posiadać odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99, filtr płynu 15µm, filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH. Przyrząd wyposażony w zaciskacz pozwalający na dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną. Przyrząd w całości - łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min. 150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo (folia - papier), na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta”.

Na etapie składania pytań i udzielania wyjaśnień do treści SWZ Zamawiający nie wyraził zgody, a tym samym nie dopuścił przyrządów, które nie spełniają powyższych wymagań.

Umowa na dostawę przedmiotu zamówienia zostaną zawarte zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605), ponieważ zawiadomienie o wyborze ofert zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**Podpisano: Dyrektor SPZOZ w Kępnie  
/-/ Beata Andrzejewska**