

Kępno, dnia 30.10.2023r.

Otrzymują:
- **WSZYSCY Uczestnicy postępowania**

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „ **Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, pomocniczego do wykonywania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/37BU/2023.

Pytanie nr 1

1) Pakiet nr I, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści mikrometodę do badań morfologii krwi z K3EDTA spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści mikrometodę do badań morfologii krwi z K3EDTA spełniające pozostałe wymagania.

2) Pakiet nr II, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści probówki okrągłodenne z PS w opakowaniu a'500szt, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści probówki okrągłodenne z PS w opakowaniu a'500szt, spełniające pozostałe wymagania.

3) Pakiet nr II, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści w opakowaniu a'50szt, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w opakowaniu a'50szt, spełniające pozostałe wymagania.

4) Pakiet nr II, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki z PP o poj. 25ml spełniając pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści pojemniki z PP o poj. 25ml spełniając pozostałe wymagania SWZ.


5) Pakiet nr II, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści kamery z PS lub z PMMA?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści kamery z PS lub z PMMA.

PYTANIE NR 2

Dotyczy pakietu nr 2:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz 1 dopuści probówki o pojemności użytkowej 4ml a całkowitej 5ml?



SZPITAL w Kępnie

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE**



Odpowiedź: Tak, Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 1 dopuszcza zaoferowanie probówek o pojemności użytkowej 4ml a całkowitej 5ml.

2. Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz 10 dopuści pojemniki o pojemności użytkowej 25ml a całkowitej 30ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 10 dopuszcza zaoferowanie pojemników o pojemności użytkowej 25ml a całkowitej 30ml.

3. Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz 17 dopuści końcówki od 1000 do 5000ul? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 17 dopuszcza zaoferowanie końcówek od 1000 do 5000ul, pod warunkiem zachowania przez nie kompatybilności z oferowanymi w pozycji 14 pipetami.

4. Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz 18 dopuści kamery typu Fast Read?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 18 dopuszcza zaoferowanie kamer typu Fast Read.

Dotyczy pakietu nr 3:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 1 odstąpi od wymogu pakowania wymazówek w folię aluminiową wypełnioną azotem i dopuści wymazówki pakowane w papier folia-blister? Zwiększając tym samym możliwość udziału w postępowaniu większej ilości Oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 3

Pakiet nr I pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrometody (probówka z kapilarą) do separacji surowicy o pojemności 250 µl?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikrometody (probówka z kapilarą) do separacji surowicy o pojemności 250 µl.

Pakiet nr III poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z podłożem, które są pakowane w blistry papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr III poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z wacikiem z wiskozy o dł. 150 mm i średnicy wacika 5 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wymazówek z wacikiem z wiskozy o dł. 150 mm i średnicy wacika 5 mm.



SZPITAL w Kępnie

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE**



Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe pytanie, to czy zgodzi się na wymazówki z drutu z wacikiem z bawełny o średnicy 3 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wymazówek z drutu z wacikiem z bawełny o średnicy 3 mm.

Pakiet nr V, pozycja 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osobne zaoferowanie pojemników i etykiet, a w związku z tym na modyfikację załącznika nr 1?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na osobne zaoferowanie pojemników i etykiet i modyfikację Arkusza Pakiet nr V w załączniku nr 1A .

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmodyfikowany załącznik nr 1A zostanie zamieszczony na stronie.

*Podpisano: **Dyrektor SPZOZ w Kępnie**
/-/ **Beata Andrzejewska***