

Kępno, dnia 10.11.2023r.

**Otrzymują:**  
- **WSZYSCY Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy:**

postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „ **Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, pomocniczego do wykonywania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/48BU/2023.

**Pytanie nr 1**

1) Pakiet nr I, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści mikrometodę do badań morfologii krwi z K3EDTA spełniające pozostałe wymagania?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści mikrometodę do badań morfologii krwi z K3EDTA spełniające pozostałe wymagania.**

2) Pakiet nr II, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści probówki okrągłodenne o pojemności 5 ml, spełniające pozostałe wymagania?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści probówki okrągłodenne o pojemności 5 ml, spełniające pozostałe wymagania.**

3) Pakiet nr II, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści w opakowaniu a'50szt, spełniające pozostałe wymagania?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w opakowaniu a'50szt, spełniające pozostałe wymagania.**

4) Pakiet nr II, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki z PP o poj. 25ml spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści pojemniki z PP 25ml spełniając pozostałe wymagania.**

5) Pakiet nr II, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki z PP o poj. 20ml spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści pojemniki z PP o poj. 20 lub 25ml spełniając pozostałe wymagania SWZ.**

6) Pakiet nr II, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści kamery z PS lub z PMMA?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści kamery z PS lub z PMMA.**

**Pytanie nr 2**

1) Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek pakowanych indywidualnie w probówkach transportowych bez podłoża w konfekcji 1 op. = 100 szt.?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wymazówek pakowanych indywidualnie w probówkach transportowych bez podłoża w konfekcji 1 op. = 100 szt.**

**Pytanie 3**

1. Pakiet nr I pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie mikrometody (probówka z kapilarą) do separacji surowicy o pojemności 250 µl?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie mikrometody (probówka z kapilarą) do separacji surowicy o pojemności 250 µl**

2. Pakiet nr III poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wymazówek z podłożem, które są pakowane w blistry papier-foolia?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.**


3. Pakiet nr III poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wymazówek z wacikiem z wiskozy o dł. 150 mm i średnicy wacika 5 mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wymazówek z wacikiem z wiskozy o dł. 150 mm i średnicy wacika 5 mm**

4. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe pytanie, to czy zgodzi się na wymazówki z drutu z wacikiem z bawełny o średnicy 3 mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wymazówek z drutu z wacikiem z bawełny o średnicy 3 mm.**

*Podpisano: Dyrektor SPZOZ w Kępnie  
/-/ Beata Andrzejewska*



**SZPITAL w Kępnie**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KĘPNIE**

