

SPZOZ-ZP/15BU/2024

Kępno, dnia 24.04.2024r.

Otrzymują:

1. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
2. www.szpital.kepno.pl

Dotyczy:

postępowania pn. „Dostawa materiałów zużywalnych do procesów sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” nr sprawy: ZP/15BU/2024

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści zapisów zapytania ofertowego wraz z załącznikami niniejszego postępowania:

Sprostowanie odpowiedzi z dnia 23.04.2024r. do poniższego pytania:

Pytanie 19 – do Formularza Asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 1A (Pakiet 2, poz. 2,4,5,11,12,13,14)
Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby testy chemiczne do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi. Zgodnie z decyzją Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych testy chemiczne do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji nie są przeznaczone do żadnego z celów określonych w definicji wyrobu medycznego podanej w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022, poz. 974 ze zm.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 26.04.2024r. g.11:00

Nowy termin otwarcia ofert: 26.04.2024r. g.11:10

Powyższe zmiany są integralną częścią zapytania ofertowego i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego .

Podpisano: **Dyrektor SPZOZ w Kępnie**
/-/Beata Andrzejewska